

Apstiprinu:  
SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"

valdes loceklis

  
K. Paupe

2026. gada 16. janvārī

## **Procedūra "Mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa novērtēšanas un apstiprināšanas process"**

### **I. Vispārīgie jautājumi**

1. Procedūra nosaka mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa novērtēšanu un apstiprināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 624 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm" prasībām, ievērojot Likumu par mērījumu vienotību un Administratīvā procesa likumu.
2. Mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa novērtēšanu un apstiprināšanu veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (turpmāk- LNMC), novērtējot, vai mērīšanas līdzeklis atbilst metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim (turpmāk – metroloģiskās prasības), kuras noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kā arī Latvijas nacionālajos standartos un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentos.
3. Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumenti, kuri tiek piemēroti mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanai, publicēti LNMC oficiālajā tīmekļa vietnē [www.lnmc.lv](http://www.lnmc.lv)
4. Ja mērīšanas līdzeklis atbilst metroloģiskajām prasībām, tad LNMC pieņem lēmumu par mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprināšanu un izsniedz nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikātu un tā pielikumu.
5. Ja mērīšanas līdzeklis neatbilst metroloģiskajām prasībām, tad LNMC pieņem lēmumu neapstiprināt mērīšanas līdzekļa tipu.
6. Mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniedz uz trim gadiem. Tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņu var atkārtoti pagarināt uz iepriekšējā termiņa laiku, iesniedzot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kas apliecina mērīšanas līdzekļa tipa atbilstību apstiprinātajam tipam un spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, ne vēlāk kā 15 dienas pirms spēkā esošā mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņa beigām.
7. Ja klients nokavē šīs procedūras 6. punktā noteikto termiņu iesnieguma iesniegšanai mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai, tad sertifikāts netiek pagarināts, un klients ir tiesīgs iesniegt iesniegumu veikt jaunu mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanu un apstiprināšanu.
8. Mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšana un lēmuma pieņemšana tiek veikta, ievērojot Administratīvā procesa likumā noteiktos termiņus. Ja iesnieguma iesniedzējs papildus/precizējošu informāciju iesniedz vēlāk kā 10 dienas pirms iesnieguma izskatīšanas termiņa beigām, tad LNMC pieņem lēmumu neapstiprināt mērīšanas līdzekļa tipu.

9. LNMC vadītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
10. Pakalpojuma izmaksas ir noteiktas normatīvajos aktos par Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādi, kas publiski pieejams LNMC oficiālajā tīmekļa vietnē [www.lnmc.lv](http://www.lnmc.lv). Klienta pienākums ir veikt priekšapmaksu par LNMC sniegtajiem pakalpojumiem 10 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

## **II. Klienta iesnieguma un tam pievienoto dokumentu pieņemšana, reģistrēšana un mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšana**

11. Iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – klients) var būt mērīšanas līdzekļa ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis. Ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, tad papildu iesniedzams ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina klienta tiesības pārstāvēt ražotāju mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšanas procesā Latvijas Republikā.
12. Iesniegumu veikt mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanu un apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus klients var iesniegt, nosūtot uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” E-adresi vai elektroniskā pasta adresi – [info@lnmc.lv](mailto:info@lnmc.lv).
13. Iesnieguma veidlapa (1. pielikums) pieejama LNMC oficiālajā tīmekļa vietnē [www.lnmc.lv](http://www.lnmc.lv).
14. Iesniegumā klients norāda šādu informāciju:
  - i. ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukumu un juridisko adresi;
  - ii. mērīšanas līdzekļa kategoriju;
  - iii. paredzēto lietošanas jomu;
  - iv. mērīšanas līdzekļa tipa metroloģisko raksturojumu (darbības diapazons, precizitātes klase un tml.).
15. Iesniegumam klients pievieno vismaz šādus dokumentus:
  - i. dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt ražotāju ar nacionālā tipa apstiprināšanas procesu saistītās darbībās Latvijas Republikā;
  - ii. tehnisko dokumentāciju par mērīšanas līdzekļa konstrukciju un darbības principu;
  - iii. informāciju par mērīšanas līdzekļa tehniskajiem un metroloģiskajiem parametriem (tehniskā specifikācija / tehnisko datu lapa);
  - iv. testēšanas pārskatus / kalibrēšanas sertifikātus, kas apliecina atbilstību piemērojamā normatīvā dokumenta prasībām;
  - v. informāciju par mērījumu rezultātu apstrādi (izmantojamās iekārtas, programmatūras), saderību ar interfeisiem, papildus ierīcēm vai citiem mērīšanas līdzekļiem;
  - vi. informāciju par mērīšanas līdzekļa papildu aprīkojumu, funkcijām un to apraksts, ja attiecināms;
  - vii. informāciju par metroloģiskās kontroles atzīmēm un aizsargzīmogojuma vietām, ko noteicis ražotājs.
16. Alkometru tipa novērtēšanas gadījumā, klients kopā ar iesniegumu iesniedz aizpildītu veidlapu “KontROLSaraksts MK Nr. 310 prasību izpildei: v1.0” (2. pielikums), kas publiski pieejama LNMC oficiālajā tīmekļa vietnē [www.lnmc.lv](http://www.lnmc.lv).
17. Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērīerīču tipa novērtēšanas gadījumā, klients kopā ar iesniegumu iesniedz aizpildītu veidlapu “KontROLSaraksts MK Nr. 704 prasību izpildei: v1.1” (3. pielikums), kas publiski pieejama LNMC oficiālajā tīmekļa vietnē [www.lnmc.lv](http://www.lnmc.lv).

18. Nepieciešamības gadījumā klients ir tiesīgs vērsties pie LNMC ar lūgumu sniegt detalizētāku skaidrojumu par iesniegumā sniedzamo informāciju un tam pievienojamiem dokumentiem un mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanas un apstiprināšanas procesa norisi.
19. Mērīšanas līdzekļa tipa atbilstības novērtēšana tiek uzsākta pēc klienta iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas. Klienta iesniegums ir datēts un parakstīts.
20. LNMC tehniskais eksperts veic mērīšanas līdzekļa dokumentu pārbaudi un metroloģisko un tehnisko parametru novērtēšanu. Tipu novērtē, ņemot vērā mērīšanas līdzekļa tehniskās prasības, testēšanas/kalibrēšanas rezultātus un citu iesniegto dokumentāciju, kas apliecina mērīšanas līdzekļa metroloģisko parametru atbilstību metroloģiskajām prasībām.
21. Ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību/ neatbilstību metroloģiskajām prasībām, tad viena mēneša laikā no klienta iesnieguma saņemšanas dienas tiek veikta mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšana un pieņemts lēmums saskaņā ar šīs procedūras 8. punktā noteikto.
22. Gadījumā, ja nepieciešami papildu apliecinājumi, lai objektīvi novērtētu mērīšanas līdzekļa metroloģisko parametru atbilstību/ neatbilstību metroloģiskajām prasībām, tad ne vēlāk kā 10 dienas pirms Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktā termiņa beigām klients tiek informēts par papildu iesniedzamo dokumentāciju, kā arī par to, ka lēmuma pieņemšanas termiņš tiek pagarināts līdz četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas.
23. Mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanas ietvaros tiek sagatavots tehniskā eksperta atzinums (4. pielikums) par mērīšanas līdzekļa metroloģisko parametru atbilstību/ neatbilstību metroloģiskajām prasībām.
24. Tehniskā eksperta atzinums par mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanu un mērīšanas līdzekļa metroloģisko parametru atbilstību/ neatbilstību metroloģiskajām prasībām tiek iesniegts Sertificēšanas centra vadītājam.

### **III. Lēmuma pieņemšana, mērīšanas līdzekļa tipa apstiprināšana un tipa apstiprinājuma sertifikāta papildināšana vai derīguma termiņa pagarināšana**

25. Pamatojoties uz eksperta atzinumu par mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanas rezultātiem, Sertificēšanas centra vadītājs sagatavo lēmuma projektu par mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprināšanu/ neapstiprināšanu.
26. Ja mērīšanas līdzekļa metroloģiskie parametri atbilst metroloģiskajām prasībām, LNMC valdes loceklis pieņem lēmumu par mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprināšanu un sagatavo mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikātu un tā pielikumu.
27. Ja mērīšanas līdzekļa metroloģiskie parametri neatbilst metroloģiskajām prasībām, LNMC valdes loceklis pieņem lēmumu atteikt mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprināšanu un 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski par to informē klientu, nosūtot lēmumu uz klienta iesniegumā norādīto juridisko adresi.
28. Mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikātu apstiprina LNMC valdes loceklis ar parakstu. Sertifikātam tiek piešķirts unikāls reģistrācijas numurs.
29. Mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņš tiek noteikts trīs gadi no lēmuma pieņemšanas un sertifikāta apstiprināšanas dienas.
30. Informāciju par mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprināšanu publicē Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā, kurā norāda mērīšanas līdzekļa tipa nosaukumu, tehniskos parametrus, mērīšanas līdzekļa ražotāju, kā arī mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijas numuru, tā izdošanas datumu, derīguma termiņu un sertifikāta pdf. kopiju. Reģistrs publiski pieejams LNMC oficiālajā tīmekļa vietnē [www.lnmc.lv](http://www.lnmc.lv).
31. Klienta pienākums ir savlaicīgi rakstiski informēt LNMC par ražotāja veiktām mērīšanas līdzekļa izmaiņām vai papildinājumiem, iesniedzot iesniegumu ar lūgumu novērtēt, vai attiecīgās izmaiņas atbilst apstiprinātajam mērīšanas līdzekļa tipam.

32. Ja ražotāja veiktās izmaiņas ietekmē apstiprinātā tipa mērīšanas līdzekļu mērījumu rezultātus vai mērīšanas līdzekļiem noteiktos lietošanas nosacījumus, LNMC izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikāta papildinājumu.
33. Ja mērīšanas līdzeklim veiktas būtiskas izmaiņas (piemēram, izmainīti metroloģiskie raksturojumi, materiāls, konstrukcija un tml.), klients iesniedz iesniegumu veikt mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanu un apstiprināšanu. LNMC veic mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanu un izsniedz jaunu mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātu.
34. Iesniegumu mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta papildināšanai vai derīguma termiņa pagarināšanai ir tiesīgs iesniegt mērīšanas līdzekļa ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis.
35. Ja klients ir iesniedzis iesniegumu veikt mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu un pēc iesniegto dokumentu novērtēšanas tiek apliecināta mērīšanas līdzekļa tipa atbilstība apstiprinātajam tipam un spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, LNMC valdes loceklis pieņem lēmumu par mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu un sagatavo mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāta pagarinājumu.
36. Sertifikāta derīguma termiņa pagarinājums ir spēkā nākamajā dienā no iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa beigām un tiek izsniegts uz trīs gadiem.

## Mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprināšanas/ pagarināšanas procesa shēma

